

<input type="checkbox"/> Ausbildung	Datum:	Name:
<input type="checkbox"/> Prüfung		

Ziel

Benötigtes Personal: 1-2

Vorbereitung auf eine mögliche Reanimation

Indikationen

Standardmaßnahme für vital bedrohte Patient:innen

Kontraindikationen

Keine vitale Bedrohung

Komplikationen

Geräte nicht zum Einsatzort mitgenommen

Achtung

- Erstkontrolle aller Geräte im Zuge der Wagen-/Materialkontrolle zu Dienstbeginn (Funktion, benötigtes Material/Einmalprodukte, ...)
- Richtlinien für Defibrillation bei Kindern beachten

Altersbeschränkung

Keine

Benötigtes (Übungs-)Material

- Defibrillator inkl. Einmalklebeelektroden (unterschiedliche Medizinprodukte)
- Absaugeinheit (unterschiedliche Medizinprodukte)
- Einmalabsaugkatheter in verschiedenen Größen (Lumen)
- Einmalabsaugschlauch
- Einmalhandschuhe/Schutzbrille
- Ggf. Einmalauffangbeutel (unterschiedliche Hygienesysteme möglich)
- 10 ml-Spritze (für Maskenwulst, je nach Medizinprodukt)
- Beatmungsbeutel mit O₂-Reservoir, passender Bakterienfilter, ab NFS etCO₂
- Beatmungsmasken in verschiedenen Größen
- O₂-Flasche mit Druckminderer und Verbindungsschlauch
- PEEP-Ventil (Anwendung durch NKI/Notarzt/Notärztin)
- Pulsoximeter

Anmerkung

Bei Platzmangel im Realeinsatz kann die Anordnung der Medizinprodukte abweichend sein

Schritt**Beschreibung**

1	PSA vollständig angelegt (Einmalhandschuhe Schutzbrille)	
2	Platz schaffen	
3	Defibrillator kopfnah in Griffweite platzieren und einsatzbereit machen (noch nicht einschalten) → Einmalklebeelektroden noch nicht aufgeklebt	
4	Absaugeinheit kopfnah in Griffweite platzieren und Absaugbereitschaft herstellen	
5	Beutel-Masken-Beatmung vorbereiten, Sauerstoffverbindungsschlauch anschließen → in Griffweite im geöffneten Rucksack platzieren	
6	Nach jeder Verwendung: Desinfektion und sachgerechte Versorgung des Materials lt. Hygieneplan	

K.O.-Kriterien sind hinterlegt

 bestanden

Datum:

Unterschrift:

 nicht bestanden