

# Absaugbereitschaft herstellen

<input type="checkbox"/> Ausbildung	Datum:	Name:
<input type="checkbox"/> Prüfung		

## Ziel

Benötigtes Personal: 1

Korrekte Herstellung der Absaugbereitschaft

### Indikationen

- Standardmaßnahme bei gefährdeten/verlegten Atemwegen
  - Bewusstseineinübung
  - Bewusstlosigkeit
  - Kein Bewusstsein
  - Vollimmobilisation
- Teil der CPR-Bereitschaft

### Kontraindikationen

Keine

### Komplikationen

- Beschädigung des Gerätes bzw. leerer Akku
- Behälter/Einmalauffangbeutel voll

### Achtung

Erstkontrolle im Zuge der Wagen-/Materialkontrolle zu Dienstbeginn (Funktion, benötigtes Material/Einmalprodukte, ...)

### Altersbeschränkung

Keine

### Benötigtes (Übungs-)Material

- Absaugeinheit (unterschiedliche Medizinprodukte)
- Einmalabsaugkatheter in verschiedenen Größen (Lumen)
- Einmalabsaugschlauch
- Einmalhandschuhe/Schutzbrille
- Fingertip  
(wenn nicht fix auf Einmalabsaugschlauch vorhanden)
- Ggf. Einmalauffangbeutel  
(unterschiedliche Hygienesysteme möglich)

**Schritt****Beschreibung**

Schritt	Beschreibung	
1	PSA vollständig angelegt (Einmalhandschuhe, Schutzbrille)	
2	Absaugeinheit aus der Ladestation entnehmen	
3	Einmalabsaugschlauch aus der Verpackung entnehmen und an Saugstutzen der Absaugeinheit anschließen	
4	Einmalabsaugschlauch komplett abrollen → wenn erforderlich, Fingertip am Einmalabsaugschlauch anstecken	
5	Passenden Einmalabsaugkatheter mit größtmöglichem Lumen auswählen	
6	Verpackung des Einmalabsaugkatheters beim Konnektor öffnen	
7	Einmalabsaugkatheter (in Verpackung) an Fingertip anschließen	
8	Hergestellte Absaugbereitschaft im Team kommunizieren	
9	Nach jeder Verwendung: Desinfektion und sachgerechte Versorgung des Materials lt. Hygieneplan	

K.O.-Kriterien sind hinterlegt

bestanden

Datum:

Unterschrift:

nicht bestanden