

Doppelter-CE-Griff bei Verdacht auf HWS-Verletzung

<input type="checkbox"/> Ausbildung	Datum:	Name:
<input type="checkbox"/> Prüfung		

Ziel

Benötigtes Personal: 1-2

Anwendung des doppelten CE-Griffs bei Verdacht auf HWS-Verletzung

Indikationen

Zur Beatmung von Patient:innen
(kontrolliert und assistiert)

Kontraindikationen

Keine

Komplikationen

Falsche Maskengröße

Altersbeschränkung

Keine

Benötigtes (Übungs-)Material

- Beatmungsbeutel mit O₂-Reservoir, passender Bakterienfilter, ab NFS etCO₂
- Beatmungsmasken in verschiedenen Größen
- Einmalhandschuhe/Schutzbrille
- Reanimationsphantom (alle Altersgruppen)

Schritt	Beschreibung	
1	PSA vollständig angelegt (Einmalhandschuhe, Schutzbrille)	
2	Beatmungsbeutel einsatzbereit	
3	Patient:innenpositionierung flach auf dem Rücken	
4	Kopf in Neutralposition bringen und stabilisieren Ein:e Helfer:in: Kopf des/der Patient:in mit den eigenen Oberschenkeln links und rechts in Neutralposition 'fixieren' Zwei Helfer:innen: Manuelle Stabilisierung der HWS durch Position 2 oder 3	
5	Anwender:in am Kopfende hinter dem/r Patient:in	
6	Umfassen der Anschlussöffnung der Beatmungsmaske mit Daumen und Zeigefinger beider Hände	
7	Die Daumen beider Hände liegen nasen-aussparungsseitig (spitz zulaufendes Ende)	
8	Die Zeigefinger beider Hände liegen am unteren Ende der Beatmungsmaske (rundes Ende)	
9	Maske mit Aussparung für Nase auf Nasenbein auflegen	
10	Beatmungsmaske in abrollender Bewegung Richtung Kinn aufsetzen	
11	Druckausübung durch Daumen und Zeigefinger um die Beatmungsmaske abzudichten (bilden zwei gegenüberliegende C)	
12	Fixierung des Kinns durch beide Mittelfinger am Unterkiefer	
13	Ringfinger und kleine Finger beider Hände entlang des Unterkiefers platzieren, kleine Finger jeweils am Kieferwinkel	
14	Durch minimalen Zug der Finger (Mittel,- Ring- und kleine Finger bilden zwei gegenüberliegende E) Unterkiefer in die Maske hochziehen (wie Esmarch-Handgriff) OHNE den Kopf zu überstrecken	

K.O.-Kriterien sind hinterlegt

<input type="checkbox"/> bestanden	Datum:	Unterschrift:
<input type="checkbox"/> nicht bestanden		